

**ДОДАТОК 5.Н**  
(довідковий)  
**Значні технічні зміни**

**Таблиця 5.Н1 - Значні технічні зміни**

1	Директива 2000/76/ЄС була замінена на Директиву 2010/75/ЄС
2	Нормативне посилання на EN 13284-1 замінено на EN 15259, що стосується вимог до ділянок та місць вимірювання, а також до мети, плану та звіту вимірювання. Додано нормативне посилання на EN 15267-4:2017 щодо критеріїв ефективності та процедур випробувань портативних автоматизованих вимірювальних систем для моніторингу викидів від стаціонарних джерел.
3	Визначення були переглянуті з урахуванням визначень EN 15259 та нової версії VIM (2012) Межа виявлення більше не враховується в переліку визначень і в характеристиках продуктивності (повторюваність на нулі є більш прийнятною)
4	Додано символи та скорочення, що використовуються в основній частині документа.
6.1	Конфігурацію 1 слід уникати, якщо концентрація NO <sub>2</sub> перевищує 20 мг/м <sup>3</sup> . Конфігурації 1 слід уникати, якщо співвідношення NO <sub>2</sub> /NO перевищує 25 %, якщо тільки не буде доведено, що втрати NO <sub>2</sub> газоохолоджувачі не є значними.
6.3	Цей пункт відповідає попередньому пункту 6.
7	Експлуатаційні характеристики повинні визначатися під час загального випробування відповідно до процедур випробувань, описаних у стандарті EN 15267-4:2017 замість EN 15267-3.
9.2	Для визначення однорідності додано посилання на EN 15259
9.4.2.1	Випробувальні гази повинні мати концентрацію, що простежується в одиницях CI
9.4.3	Додано рівняння для розрахунку концентрації з поправкою на дрейф
11	Вираження результатів було змінено відповідно до стандарту EN 15259
13	Згідно з новими правилами, зафіксованими в стандарті EN 14793, s, i,+,' було перераховано.
Додаток А	Оцінка невизначеності, розрахована визначення відтворюваності, була додана і замінила вираз: "довірчий інтервал відтворюваності"
Додаток F	Додано додаток що містить процедуру розрахунку невизначеності, пов'язаної з концентрацією, вираженою на сухому газі та при еталонній концентрації кисню
Додаток G	Покращено представлення розрахунку бюджету невизначеності
Додаток Н	Виправлено помилки набору таблиці для визначення дрейфу