

ДОДАТОК 7.Е

(нормативний)

ЗНАЧЕННЯ $k_v(N)$ ТА $t_{0,95(N-1)}$

Таблиця 7.Е.1 – Значення $k_v(N)$ та $t_{0,95(N-1)}$ (джерело: CEN/TR 15983:2010 [7],
додаток С

Кількість паралельних вимірювань N	$k_v(N)$	$t_{0,95(N-1)}$
3	0,8326	2,92
4	0,8881	2,353
5	0,9161	2,132
6	0,9329	2,015
7	0,9441	1,943
8	0,9521	1,895
9	0,9581	1,86
10	0,9629	1,833
11	0,9665	1,812
12	0,9695	1,796
13	0,9721	1,782
14	0,9742	1,771
15	0,9761	1,761
16	0,9777	1,753
17	0,9791	1,746
18	0,9803	1,74
19	0,9814	1,734
20	0,9824	1,729
25	0,9861	1,711
30	0,9885	1,701