

ДОДАТОК 2.В
(довідковий)

ДАНІ ЩОДО ТОЧНОСТІ

Дані щодо точності, наведені в таблиці 2.В.1, були отримані в ході міжлабораторних досліджень, організованих Фінляндією, за участю 16 лабораторій, які використовували метод, наведений у пункті 2.4.

Таблиця 2.В.1 — Дані щодо точності для пункту 2.4

Опис проб	Кількість проб <i>n</i>	Середнє мг/л	Стандартне відхилення		
			Повторюваність		Відтворюваність
			Абсолютна мг/л	Абсолютна мг/л	Відносна %
Ортофосфат у присутності поліфосфату	70	0,0576	0,0022	0,0108	18,8
Ортофосфат	69	0,3127	0,00481	0,0324	10,4
Ортофосфат у присутності арсенату та поліфосфату	78	0,192	0,00401	0,0348	18
Ортофосфат у присутності арсенату	78	0,1013	0,00577	0,0221	21,8

Дані щодо точності, наведені в таблиці 2.В.2, були отримані в ході міжлабораторних досліджень за участю 15 лабораторій, які використовували метод, наведений у пункті 2.6.

Таблиця 2.В.2 — Дані щодо точності для пункту 2.6

Опис проб	Кількість проб <i>n</i>	Середнє мг/л	Стандартне відхилення		
			Повторюваність		Відтворюваність
			Абсолютна мг/л	Абсолютна мг/л	Відносна %
Поліфосфат	79	0,1792	0,00659	0,0446	24,8
Поліфосфат у присутності органічно зв'язаного фосфору	65	0,1749	0,00709	0,0259	14,8

Дані щодо точності, наведені в таблиці 2.В.3, були отримані в ході міжлабораторного порівняльного дослідження, в якому взяли участь 16 лабораторій. Були використані як процедура окислення пероксодисульфатом, так і процедура розкладання «азотна кислота/сірчана кислота», і в аналізованих пробах не було виявлено істотних відмінностей.

Таблиця 2.В.3 — Дані щодо точності для пунктів 2.7 і 2.8

Опис проб	Кількість проб <i>n</i>	Середнє мг/л	Стандартне відхилення		
			Повторюваність		Відтворюваність
			Абсолютна	Абсолютна	Відносна

			мг/л	мг/л	%
Органічно зв'язаний фосфор та індігосульфонат	70	0,0687	0,00383	0,00832	12
Органічно зв'язаний фосфор плюс флороглюцин	58	0,4381	0,0128	0,0369	8,4